

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet** (Magyarország, 1204 Budapest Köves Utca 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Szülőágyak beszerzése**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 113. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.10.17 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Elektromos szülőágy 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 12450000 HUF

A rész neve és száma: Szülőágy 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 7200000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Medical&Press Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1085 Budapest József krt. 36. fszt. 5.

Rész neve: Elektromos szülőágy (1)

1. Nettó ajánlati egységár Ft/db (előny a kevesebb):

1 200 000

2. Az elektromos funkciók központi panelről és/ vagy vezetékes távirányítóról is szabályozhatóság (igen/nem):

Igen

3. Trendelenburg pozíció elektromos úton állítása (igen/nem):

Igen

4. Az ágy négy sarkán ütközők találhatók (igen/nem) :

Igen

5. Váladékgyűjtő edény rozsdamentes acél kivételű (igen/nem) :

Igen

6. A többlet garancia időtartama min. 24 hónap feletti (hónap) (előny a több):

12

Rész neve: Szülőágy (2)

1. Nettó ajánlati egységár Ft/db (előny a kevesebb):

1 200 000

2. Anti-Trendelenburg pozíció (igen/nem):

Igen

3. A többlet garancia időtartama min. 24 hónap feletti (hónap) (előny a több):

12

Ajánlattevő neve: Wochna Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1116 Budapest Temesvár Utca 20

Rész neve: Elektromos szülőágy (1)

1. Nettó ajánlati egységár Ft/db (előny a kevesebb):

4 235 000

2. Az elektromos funkciók központi panelről és/ vagy vezetékes távirányítóról is szabályozhatóság (igen/nem):

Igen

3. Trendelenburg pozíció elektromos úton állítása (igen/nem):

Igen

4. Az ágy négy sarkán ütközők találhatók (igen/nem) :

Igen

5. Váladékgyűjtő edény rozsdamentes acél kivételű (igen/nem) :

Igen

6. A többlet garancia időtartama min. 24 hónap feletti (hónap) (előny a több):

12

Rész neve: Szülőágy (2)

1. Nettó ajánlati egységár Ft/db (előny a kevesebb):

3 490 000

2. Anti-Trendelenburg pozíció (igen/nem):

Igen

3. A többlet garancia időtartama min. 24 hónap feletti (hónap) (előny a több):

12

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.